SL

Predvidena uporaba

Ta izdelek med prevozom podpira vratno hrbtenico v nevtralnem položaju in se uporablja skupaj z drugimi pripomočki za imobilizacijo vratu in celega telesa (pripomočki CSID in FBSID).

Opombe

- *Pri sumu na poškodbo hrbtenice je ustrezna imobilizacija vratu samo en del popolne imobilizacije.*
- *Ustrezna imobilizacija bolnika je nujni ukrep, ki prepreči premikanje hrbtenice.*
- *V primeru resne okvare, neželenega incidenta , poslabšanja funkcionalnosti ali zmogljivosti naprave takoj pokličite podjetje Laerdal. Prav tako je treba obvestiti pristojni organ, v katerem se je zgodil incident ali je bila uporabljena naprava.*

Opozorila

- *Manšete za reševanje Stifneck Select smejo uporabljati samo zdravstveni delavci.*
- *Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbo ali trajno invalidnost. Vedno upoštevajte lokalni protokol za imobilizacijo hrbtenice.*
- *Uporabite manšeto ustrezne velikosti. Prevelika manšeta lahko prekomerno raztegne bolnikovo hrbtenico. Premajhna manšeta morda ne zagotovi ustrezne stabilnosti.*
- *Manšete Select ali Pedi-Select ne prilagajajte na bolniku.*

Navodila za uporabnika

1. Izmerite bolnika od ramena do brade, ko ima glavo v nevtralnem položaju. Poravnajte glavo v nevtralni položaj oziroma »z očmi naprej«, če to ni kontraindicirano v lokalnem protokolu.
2. Preverite velikost manšete na bolniku v skladu s prikazom v 2. koraku (od plastičnega roba do okenca za velikost). Pripomoček Select ima 4 položaje, pripomoček Pedi-Select pa 3 položaje.
3. V 2. koraku prilagodite manšeto in podporo za brado izbrani velikosti.
4. Pričvrstite na obeh straneh s pritiskom na oba pričvrstitvena zavihka.
5. Oblikujte manšeto.
6. Namestite manšeto med tem, ko z roko držite glavo v nevtralnem položaju. Namestite podporo za brado pod brado. Če potrebujete drugačno velikost, spremenite velikost in manšeto ponovno namestite. Manšeto namestite okrog vratu in poskrbite za tesno prileganje, sprednji del pa držite na mestu. Nato jo pričvrstite.
7. Če ima bolnik poškodovano hrbtenico, potisnite ploščo za hrbet pod vrat, preden namestite podporo za brado.
8. Na voljo so kavlji za kanile za pritrditev dodatnih cevk za kisik.

Tehnične specifikacije	
Skladiščenje	Manšete ne skladiščite v zloženi obliki. Skladiščite raztegnjeno.
Temperatura skladiščenja	–34 °C do 52 °C (-30 °F do 125 °F)
Delovna temperatura	–18 °C do +43 °C (-0,4 °F do 109,4 °F)
Rok trajanja	5 let
Slovar simbolov	
CE	Ta medicinski pripomoček izpolnjuje splošne zahteve varnosti in učinkovitosti iz Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih.
LATEX	Ni izdelano iz naravnega gumijastega lateksa.
	Ni primerno za ponovno uporabo.
MD	Medicinski pripomoček
Rx ONLY	Zvezna zakonodaja ZDA določa, da smejo pripomoček prodajati ali naročati samo zdravniki.

RO

Scopul utilizării

Acest produs este destinat utilizării pentru susținerea coloanei cervicale într-o poziție neutră în timpul transportului, în combinație cu alte dispozitive de imobilizare cervicală și a întregului corp (CSID și FBSID).

Observații

- *În cazurile de suspectare a leziunii măduvei spinării, imobilizarea corectă a gâtului este doar o parte a imobilizării totale.*
- *Este obligatoriu ca pacientul să fie imobilizat corect pentru a preveni orice mișcare a coloanei vertebrale.*
- *Dacă apare o defecțiune gravă, un incident nedorit sau o deteriorare a funcționalității sau a performanței dispozitivului, contactați imediat Laerdal. Trebuie, de asemenea, notificată autoritatea competentă unde a avut loc incidentul și / sau dispozitivul a fost utilizat.*

Avertizări

- *Gulerele Stifneck Select trebuie utilizate doar de furnizori de servicii de sănătate.*
- *Utilizarea improprie poate provoca răniri sau dizabilitate permanentă. Respectați întotdeauna protocolul local referitor la imobilizarea cervicală.*
- *Utilizați dimensiunea corectă de guler. Un guler supradimensionat poate provoca hiperextensia coloanei cervicale a unui pacient. Un guler subdimensionat poate să nu ofere stabilitatea corespunzătoare.*
- *Nu reglați gulerul Select sau Pedi-Select pe pacient.*

Instrucțiuni pentru utilizator

1. Măsurați pacientul aflat în poziție neutră a capului de la umăr la bărbie. Aliniați capul cu poziția neutră sau „ochii înainte" doar dacă nu este contraindicat prin protocolul local.
2. Potriviți dimensiunea gulerului cu pacientul, așa cum se arată în pasul 2 (de la marginea din plastic la fereastra cu dimensiuni). Select are 4 poziții, Pedi-Select are 3 poziții.
3. Reglați gulerul și suportul pentru bărbie la dimensiunea selectată la pasul 2.
4. Blocați ambele laturi prin apăsarea celor două agățătoare de blocare.
5. Preformați gulerul.
6. Aplicați gulerul în timp ce mențineți cu mâna poziția neutră a capului. Amplasați suportul pentru bărbie sub bărbie. Dacă este necesară altă dimensiune, scoateți-l, redimensionați-l și aplicați-l din nou. Trageți gulerul în jurul gâtului asigurând o potrivire strânsă, în timp ce țineți partea din față în loc - apoi fixați.
7. Pentru un pacient în poziție decubit dorsal, glisați panoul din spate în spatele gâtului înainte de a poziționa suportul pentru bărbie.
8. Sunt prevăzute prinderi pentru canulă pentru fixarea liniilor suplimentare de oxigen.

Specificații tehnice	
Depozitare	Nu depozitați gulerul în poziție pliată. Depozitați în poziție întinsă.
Temperatură de depozitare	între -34 °C și 52 °C (-30 °F și 125 °F)
Temperatură la utilizare	între -18 °C și +43 °C (-0,4 °F și 109,4 °F)
Derīguma termiņš	5 ani
Glosar simboluri	
CE	Acest dispozitiv medical respectă cerințele generale de siguranță și performanță din Regulamentul (UE) 2017/745 pentru dispozitivele medicale.
LATEX	Nu este fabricat cu latex din cauciuc natural.
	A nu se reutiliza.
MD	Dispozitiv medical
Rx ONLY	Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui produs doar către sau la prescripția unui medic.